

**Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van  
artikel 20, § 1, e)  
(Cardiologie)  
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :**

*De interpretatieregels 1 en 12 worden vanaf 01/01/2026 opgeheven.*

***INTERPRETATIETREGEL 1 (opgeheven vanaf 01/01/2026)***

***VRAAG***

~~Mag de verstrekking 476254–476265 Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracés K 50 tijdens eenzelfde hospitalisatie meer dan eenmaal aangerekend worden?~~

***ANTWOORD***

~~Verstrekking 476265 Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur ... K 50 mag slechts éénmaal worden aangerekend indien eenzelfde monitoring meer dan 24 uur duurt.~~

~~Indien na het stoppen van de telemetrie het medisch gerechtvaardigd is om de monitoring te herbeginnen, tijdens eenzelfde hospitalisatieperiode, en indien de monitoring minstens 24 uur duurt om medische redenen, mag de verstrekking 476265 K 50 opnieuw worden aangerekend.~~

***INTERPRETATIETREGEL 2 (opgeheven vanaf 01/08/2021)***

***INTERPRETATIETREGEL 3 (opgeheven vanaf 01/08/2021)***

#### **INTERPRETATIEREGEL 4**

##### **VRAAG**

Plaatsverandering van een endocavitaire sonde voor hartstimulator met openen van de wonde in de hals.

##### **ANTWOORD**

De behandeling moet worden getarifeerd onder nr. 212214 - 212225 Hartcatheterismen met het oog op het plaatsen van één of meerdere catheters langs veneuze weg voor tijdelijke atriale en/of ventriculaire stimulatie en/of voor monitoring van de drukken of van de hartdebieten, inclusief de eventuele radioscopische controles met televisie, denudatie, elektrocardiografische controles N 128.

#### **INTERPRETATIEREGEL 5**

##### **VRAAG**

Veneuze druk en circulatiesnelheid.

##### **ANTWOORD**

Die verstrekking is niet opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Gelet op het banaal karakter ervan moet worden aangenomen dat ze deel uitmaakt van de gewone handelingen die zijn gedekt door het honorarium voor raadpleging of, in verplegingsinrichtingen, door het dagelijks forfaitair honorarium voor toezicht.

*INTERPRETATIEREGEL 6 (opgeheven vanaf 01/08/2021)*

#### **INTERPRETATIEREGEL 7**

##### **VRAAG**

Metten van het hartdebiet volgens de methode van Fick.

##### **ANTWOORD**

Het meten van het hartdebiet volgens de methode van Fick mag worden vergoed onder nr. 476011 - 476022 Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op verschillende niveaus... langs de aders K 80.

## **INTERPRETATIETREGEL 8**

### **VRAAG**

Meten van het hartdebiet door thermodilutie dat terzelfdertijd wordt verricht als verstrekking nr. 476011 - 476022 Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurve op verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de electrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van contrastmiddelen met of zonder krachtinspanningsproef of farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden gecumuleerd met de raadpleging) : langs de aders K 80.

### **ANTWOORD**

Verstrekking nr. 476114 - 476125 Meten van het hartdebiet door de curven van thermodilutie of door de curven van kleurstofdilutie en berekenen van de circulatietijden : bij rust, minimum twee afzonderlijke metingen K 60 mag worden samengevoegd met nr. 476011 - 476022 K 80, voor zover de componenten waarin is voorzien in de omschrijving van laatstgenoemde verstrekking, afzonderlijk zijn verricht.

*INTERPRETATIETREGEL 9 (opgeheven vanaf 01/08/2021)*

## **INTERPRETATIETREGEL 10**

### **VRAAG**

Mag verstrekking nr. 475016 - 475020 \*\* Elektrische defibrillatie van het hart, inclusief electrocardiografische controle tijdens bewerking K 50 worden geattesteerd in geval van een ingreep met open thorax ?

### **ANTWOORD**

Naar analogie van verstrekking nr. 212111 - 212122 Elektrische defibrillatie van het hart in geval van circulatiestilstand en/of elektrostimulatie van het hart door uitwendige hartprikkelaar, inclusief de electrocardiografische controle, buiten de ingrepen met open thorax en de verstrekkingen 229110 - 229121, 229132 - 229143, 229154 - 229165, 229176 - 229180 N 96, mag verstrekking 475016 - 475020 niet worden geattesteerd in geval van ventriculaire defibrillatie tijdens een ingreep met open thorax.

## **INTERPRETATIEREGEL 11**

### **VRAAG**

Hoe moeten de manipulaties die worden verricht voor een onderzoek, dat bestaat uit een selectieve coronarografie van de rechter- en van de linkerkransslagader, beide verricht onder verscheidene invalshoeken en aangevuld met een ventriculografie links, worden getarifeerd ?

### **ANTWOORD**

De verstrekking 468355 - 468366 Manipulaties met het oog op een selectieve coronarografie K 118 is op 1 juni 2001 geschrapt.

Indien de manipulatie is beperkt tot het inspuiten van het contrastmiddel in het linkerventrikel, beantwoordt de verstrekking niet aan het nummer 476055 - 476066 Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de electrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van contrastmiddelen met of zonder krachtinspanningsproef of farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden gecumuleerd met de raadplegingen) : langs arteriële weg K 134 en moet ze worden geattesteerd onder het nummer 476195 - 476206 Hartcatheterismen met het oog op angiocardiografieën en/of angiopneumografieën, inclusief de eventuele denudatie, radioscopische controles met televisie, electrocardiografische controles (mogen niet worden gecumuleerd met de raadpleging) K 60.

## **~~INTERPRETATIEREGEL 12 (opgeheven vanaf 01/01/2026)~~**

### **~~VRAAG~~**

~~Mag een Holterregistratie aangerekend worden indien de electrocardiografische registratie (gedurende ten minste 24 uur) gebeurt met een draagbaar toestel dat een éénkanaalsregistratie verricht (bijvoorbeeld Rooti Rx eeg-holtersysteem)?~~

### **~~ANTWOORD~~**

~~Neen, de nomenclatuureodes 476210-476221, 476232-476243 en 476254-476265 zijn niet van toepassing voor éénkanaalsregistratie van het hartritme.~~